

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

Za upotrebu s uređajima za preparate Tissue-Tek® Glas™ Coverslippers 24x50 mm

REF 6416

[Predviđena svrha]

Ovaj se proizvod upotrebljava za prekrivanje predmetnog stakalca koje sadrži pričvršćeni dio uzoraka fiksiranih formalinom i parafinom (FFPE) ili citopatoloških uzoraka kako bi se uzorak zaštitio od mehaničke sile ili izloženosti okolišu i kako bi se promatrao predmetno stakalce pod svjetlosnim mikroskopom radi mikroskopskog pregleda. Ovaj se proizvod upotrebljava s medijem za ugradnju koji se postavlja preko uzorka za pričvršćivanje pokrovnog stakalca na predmetno stakalce.

[Predviđeni korisnik]

Osoba koja radi u području patologije, anatomije ili kliničke citologije s osnovnim znanjem iz svog područja (npr. patolog, medicinski laboratorijski tehničar) i koja je odgovorna za pripremu mikroskopskih stakalaca.

[Potrebni materijali koji nisu isporučeni]

Mikroskopska stakalca, medij za uklapanje

[Kako se upotrebljavaju]

- Uklonite plastični poklopac s držača.
- Uklonite pjenu.
- Postavite držač na položaj uklapanja za pokrovno stakalce.
- Potisnite urez u odgovarajući utor.
- Postavite držač u ravnini na pokrovno staklo.

[Mjere opreza za upotrebu]

- Nosite rukavice kako biste sprječili posjekotine zbog rubova stakla.
- U slučaju pojave prašnjavih ili raspršenih uvjeta uzrokovanih lomljanjem ili zbrinjavanjem u otpad, nosite masku otpornu na prašinu (atestiranu na nacionalnoj razini) kako biste sprječili udisanje, zaštitne naočale i zaštitne rukavice.
- Izbjegavajte dodirivanje mokrim rukama jer će se stakalca zalijsipiti jedno za drugo.
- Izbjegavajte kontakt držača s organskim otapalima zato što bi ta otapala mogla rastopiti držač.
- Za postavljanje stakla pogledajte priručnik za uporabu uređaja koji se upotrebljava zajedno s ovim proizvodom.

[Sigurnosne mjere]

- Doticaj s očima: Ako prašina dođe u doticaj s očima, odmah ih isperite tekućom vodom i posavjetujte se s liječnikom.

- Prianjanje na kožu: Pažljivo obrišite bez oštećenja kože. Posavjetujte se s liječnikom ako se pojavi bilo kakva ozljeda ili osip.

- Gutanje: Uklonite sve ostatke iz usta i odmah se обратите liječniku.
- Udisanje: Ako se udahne prašina, grgljajte. Ako svrbež, bol ili nelagoda u nosu ili grlu potraju, posavjetujte se s liječnikom.

[Uvjeti za rad i pohranu]

- Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost i mesta visoke temperature/visoke vlage. Čuvajte u zatvorenom prostoru na mjestu sa primjerenom prirodnom ventilacijom.
- Nakon što se držač postavljen u uređaju izvadi iz uređaja, pohranite ga s originalnim pokrovom.

[Datum isteka]

- Rok valjanosti otisnut je na pakiranju.

[Zbrinjavanje]

- Otpad zbrinite putem tvrtke za prikupljanje otpada ili ga zbrinite u skladu s važećim lokalnim propisima.

[Mjere opreza]

Ispod je pictogram silicijeve prašine koja nastaje kada se stvara staklena prašina.



- Može uzrokovati karcinom.
- Moguće oštećenje dišnog sustava ili bubrega može biti posljedica udisanja sitnih čestica prašine tijekom dugog razdoblja u velikim količinama.

[Specifikacije]

200/držač; 5/ kutija

[Napomena]

Ako dođe do bilo kakvih ozbiljnih incidenta koji su se dogodili u vezi s uređajem, potrebno ih je prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu.

Uredaj je namijenjen jednokratnom korištenju stoga nije predviđen ponovnoj uporabi.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH Bäderstrasse 18, 5400 Baden, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands Sysmex Suisse AG Todistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland



Posjetite naše web-stranice

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com
Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.eu

